SOLUTION CHANGE

WASHINGTON CO.
SHERIFF'S OFFICE
DATAMASTER dmt: 100284

Date: 01/01/2021

OPERATOR NAME:
ERIC C WRIGHT
Permit #: 49047
Operator Agency/Dept: WASHINGTON CO. SO
Reference Standard #: 20430

Nominal = 0.10 g/210L

BLANK TEST	0.00	23:20
INTERNAL STANDARD	VERIFIED	23:20
REFERENCE STANDARD TEMP	34.00c	
REFERENCE STANDARD	0.10	23:20
BLANK TEST	0.00	23:21
REFERENCE STANDARD TEMP	34.00c	
REFERENCE STANDARD	0.10	23:21
BLANK TEST	0.00	23:22
REFERENCE STANDARD TEMP	34.00c	
REFERENCE STANDARD	0.10	23:23
BLANK TEST	0.00	23:24